

2023 年 6 月 14 日

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Avanto fit Upgrade	作業番号	728107017603 / 2
シリアル番号	169857	作業分類	修理
装置ID番号	732-211030	作業状況	完了
技術ID番号	732-40015627-MR07	契約区分	契約外(有償)
		報告者	丹野 範浩

作業・サービス内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

定期点検。第1回。予防点検。

液体ヘリウムレベル 72.9%

ERDUバッテリー 23.38V

冷凍機コンプレッサー圧力 21bar

【作業内容/推定・特定した原因】

点検指示書に従い、予防点検を実施しました。

- ・エコプラによるチラーの点検。問題のない事の報告を受けています。
- ・プロトコルとシステムのバックアップ。
- ・二次冷却水の補充。圧力調整。

最後にシステムの電源をオフオンして、ファントムによるテストスキャンを実施しました。
撮影に問題はありませんでした。


作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2023/06/14	丹野 範浩	71013650	17:30	5.50	0.00	5.50	有償

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンラインサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認  — 2023 年 6 月 14 日	弊社確認  丹野 範浩 2023 年 6 月 14 日
--	--

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387