

2023 年 6 月 9 日

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 御中

## 作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。  
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

### 装置情報

### 報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Vida	作業番号	999005812784 / 1
シリアル番号	175943	作業分類	アップデート
装置ID番号	732-209591	作業状況	完了
技術ID番号	732-40015627-MR05	契約区分	
		報告者	沖 祐希

### 作業・サービス内容

<b>【訪問理由/システム状況・現象等】</b> 製造元指示作業(UI)の実施【MR072/22/R】NX VA20A-SH03 マグネット監視基盤MSUPの安定性強化を目的としたアップデート作業
<b>【作業内容/推定・特定した原因】</b> 製造元の指示によりアップデート作業を実施致しました。 本アップデートにてマグネット監視基盤MSUPの安定性が強化されます。 アップデートによる操作方法の変更等はございません。  作業終了後、装置の立ち上げ直しとファントムを使用したテストスキャンにて正常動作を確認しました。


### 作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2023/06/08	沖 祐希	71001926	17:30	1.00	0.00	1.00	有償

### 使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<b>お客様ご確認</b>          2023 年 6 月 9 日	<b>弊社確認</b>   沖 祐希 2023 年 6 月 9 日
---	--

シーメンスヘルスケア株式会社  
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号  
ゲートシティ大崎ウエストタワー  
カスタマーケアセンター 0120-041-387