

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名		東京サービスセンタ	
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972	
様			

お客様ID	受付番号	作業	区分	保証区分	PJ番号
10027070000-180	6250109	CS	2H	保守契約	MC4372740101

装置名	設置室	据付日
PCD-1000A/1B	PET-CT室 1	2022年3月30日

ご依頼内容		受付日		2023年3月30日		作業内容	
保守点検2023年09月/定期点検2023年09月						定期点検作業を実施しました。詳細は定期点検報告書にて報告致します。動作良好、異常なし。	
作業開始・終了時間							
開始	2023年9月19日15時00分						
終了	2023年10月2日11時00分						
時間内	時間外	往復	合計				
20	18	6	44	完了			

ユニット	製造番号	作業担当者
PCD-1000A/1B	1BA2232008	吉鹿 維人 他2名

使用部品			数量
1	以下余白	図番	
2		図番	
3		図番	
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	02268895
------	----------

Cartesion Prime 定期点検報告書 (6ヶ月)

D.

お客様名	国立がんセンター 中央病院		
室名	PET-CT 室1		
実施日	2023	年 9 月 28 30	日
契約期間	2023 年 3 月 30 日 ~ 2025 年 3 月 29 日		
対象システム	PCD-1000A/1B		
システム番号 (点検済証番号)	1BA2232008 (F571919)		
点検者 (技術者番号)	吉鹿 (MRC-03581)		
	矢部 (MRC-02237)		

Cartesion Prime

お客様確認

矢部

交換部品	部品番号	個数

特記事項

CCF 実施しました。 他 1.00 変更なし mean 値 1.00

スライスカウンタ	109571	検査数	3146
----------	--------	-----	------

Cartesion Prime 定期点検報告書(6ヶ月)

D.

(A-6, 1/4)

点 件 項 目		点 検 内 容	項目番号	結果	備考																
ガントリ	ソフトウェアバージョン	ソフトウェアバージョン アプリケーション:【7/18 8 500/0J】ベース:【7/5-3 50202】																			
	使用状況確認	ローテーションカウンター 熱交換器【 999667 】【 731.7 時間】																			
準備	点検作業開始前の準備	テストスキャンの実施、入力電圧および画像ノイズの確認	1-1																		
		<table><tr><th>ファントム</th><th>kV/mA</th><th>FOV</th><th>スキャン 時間</th><th>撮影 スライス厚</th><th>画像 スライス厚</th><th>FC</th><th>表示 FOV</th></tr><tr><td>SS</td><td>120/300</td><td>M</td><td>1.0 sec</td><td>5 mm×4</td><td>10 mm</td><td>FC70</td><td>180 mm</td></tr></table>		ファントム	kV/mA	FOV	スキャン 時間	撮影 スライス厚	画像 スライス厚	FC	表示 FOV	SS	120/300	M	1.0 sec	5 mm×4	10 mm	FC70	180 mm		
		ファントム		kV/mA	FOV	スキャン 時間	撮影 スライス厚	画像 スライス厚	FC	表示 FOV											
		SS		120/300	M	1.0 sec	5 mm×4	10 mm	FC70	180 mm											
		異常画像の有無																			
		画像ノイズSD値 (SD2.6-4.2)																			
1枚目 SD:【 3.8 】【 3.5 】【 3.																					

結果(正常:レ 調整:A 交換:R 清掃:CL 注油:G 特記事項:N 適用外:/)

Cartesion Prime 定期点検報告書(6ヶ月)

D.

(A-6, 2/4)

点 件 項 目		点 検 内 容	項目番号	結果	備考
寝台 移動ベース	寝台移動ベース 内部の点検	寝台移動ベース・シートカバーの清掃	12-1		
		(1)シートカバーの清掃・異物の有無確認		CL	
		(2)レール溝内、ゴミ取り用ハケの清掃		CL	
		(3)ゴミ取り用ハケの状態確認		✓	
		センサの確認	12-2		
		(1)F-A/Sスイッチ、PET-S/Dスイッチ、PET-MODEセンサの確認		✓	
		(2)CT-S/D センサ、CT-MODE センサの動作確認		✓	
		寝台移動ベースの動作音確認	12-3	✓	
		寝台移動ベース内部ケーブルの状態、損傷確認	12-4		
		(1)ELE.BOX-ASSY 部分のケーブル確認		✓	
コンソール	バッテリー交換	ボタン電池の交換(PC BOX) (1回/3年)	13-1		
		ボタン電池の交換(Server PC (PC1、PC2)) (1回/3年)	13-2		
		ボタン電池の交換(Server PC (PC3)) (1回/3年)	13-3		
		バッテリーの交換(BBU)(1回/3年)	13-4		
	コンソールの動作 確認	コンソール緊急停止ボタンの確認	14-1	✓	
		ガントリ緊急停止ボタンの確認(4箇所)	14-2		
		(1)フロント左側		✓	
		(2)フロント右側		✓	
		(3)リア左側		✓	
		(4)リア右側		✓	
		コンソールRDD の動作確認	14-3	✓	
		コンソールの入力電圧確認	14-4	✓	
	ガントリ、コンソー ルの清掃	DC 電源電圧の確認	14-5	✓	
		STNAVI BOX、CON BOX 吸排気口の清掃	15-1		
		(1) 吸気口の清掃			
		STNAVI BOX		✓	
		CON BOX		✓	
		(2) 排気口の清掃			
		STNAVI BOX		✓	
		CON BOX		✓	
		Bサイドカバー、リアカバーフィルタ部の清掃	15-2	✓	
ガントリ	回転確認およびゲ リスなじみ運転	回転確認	16-1		
		<1> 0.5 秒回転60 秒間		✓	
		<2> 1.5 秒回転10 分間		✓	
		<3> 1.0 秒回転10 分間		✓	
		<4> 0.5 秒回転10 分間		✓	
		<5> 0.35 秒回転10 分間		✓	
		インタホン機能の確認	16-2		
		(1) スキャン室内での音声確認		✓	
		(2)コンソールスピーカでの音声確認		✓	
		(3)自動音声の確認		✓	
X線管ジェネレータ	X線系調整および 出力確認	If 調整	16-3	A	
		X 線の管電圧、管電流の確認	16-4		
		[管電圧]			
		80kV/100mA (77~83 kV) 【Large: 79.8 kV】 【Small: 79.8 kV】		✓	
		100kV/200mA (97~103 kV) 【Large: 99.5 kV】 【Small: 99.5 kV】		✓	
		120kV/200mA (116~124 kV) 【Large: 119.2 kV】 【Small: 119.4 kV】		✓	
		135kV/200mA (131~139 kV) 【Large: 135.4 kV】 【Small: 135.3 kV】		✓	
				✓	
				✓	
				✓	

結果(正常:レ 調整:A 交換:R 清掃:CL 注油:G 特記事項:N 適用外:/)

Cartesion Prime 定期点検報告書(6ヶ月)

D.

(A-6, 3/4)

点 件 項 目		点 検 内 容	項目番号	結果	備考																								
X線管ジェネレータ	X線系調整および出力確認	[管電流]	16-4																										
		120kV/ 50mA (45~55mA) 【Large: 49.2 mA】		✓																									
		【Small: 49.2 mA】		✓																									
		120kV/300mA (285~315mA) 【Large: 296.2 mA】		✓																									
		【Small: 296.0 mA】		✓																									
		120kV/420mA (399~441mA) (Largeのみ)																											
		【Large: 415.8 mA】		✓																									
		120 kV/500 mA (475~525mA) *72 kWシステムのみ																											
		【Large: mA】																											
		120 kV/600 mA (570~630mA) *72 kWシステムのみ																											
		【Large: mA】																											
		X線ばく射時間の確認 (120 kV/200 mA/0.2 sec)	16-5																										
		ばく射時間T(0.18sec~0.22sec) 【 0.22 sec】		✓																									
		立ち上がり時間t1(0.05sec以下) 【 0.15 sec】		✓																									
																													
		X線出力時の電源電圧の確認(180V以上) 【 201 V】	16-6	✓																									
		エラー履歴の確認	16-7	✓																									
画像/画質	作業まとめ	外装状況の確認および清掃	18-1	CL																									
		画像ノイズの確認	18.2																										
		<table><tr><th>ファントム</th><th>kV/mA</th><th>FOV</th><th>スキャン時間</th><th>撮影スライス厚</th><th>画像スライス厚</th><th>FC</th><th>表示FOV</th></tr><tr><td>SS</td><td>120/300</td><td>M</td><td>1.0sec</td><td>5mm×4</td><td>10mm</td><td>FC70</td><td>180mm</td></tr><tr><td>M</td><td>120/300</td><td>L</td><td>1.0sec</td><td>5mm×4</td><td>10mm</td><td>FC70</td><td>320mm</td></tr></table>		ファントム	kV/mA	FOV	スキャン時間	撮影スライス厚	画像スライス厚	FC	表示FOV	SS	120/300	M	1.0sec	5mm×4	10mm	FC70	180mm	M	120/300	L	1.0sec	5mm×4	10mm	FC70	320mm		
		ファントム		kV/mA	FOV	スキャン時間	撮影スライス厚	画像スライス厚	FC	表示FOV																			
		SS		120/300	M	1.0sec	5mm×4	10mm	FC70	180mm																			
		M		120/300	L	1.0sec	5mm×4	10mm	FC70	320mm																			
		異常画像の有無		✓																									
		SSファントム画像ノイズSD値 (SD2.6-4.2)																											
		1枚目 SD: 【 3.5 】		✓																									
		2枚目 SD: 【 3.5 】		✓																									
		Mファントム画像ノイズSD値 (SD10.2-15.4)																											
		1枚目 SD: 【 14.2 】	✓																										
		2枚目 SD: 【 14.6 】	✓																										
		CT値の確認 (SS-TOSファントム)	18-3																										
		<table><tr><th>ファントム</th><th>kV/mA</th><th>FOV</th><th>スキャン時間</th><th>撮影スライス厚</th><th>画像スライス厚</th><th>FC</th><th>表示FOV</th></tr><tr><td>TOS-SS</td><td>120/300</td><td>M</td><td>1.0sec</td><td>5mm×4</td><td>10mm</td><td>FC70</td><td>180mm</td></tr></table>		ファントム	kV/mA	FOV	スキャン時間	撮影スライス厚	画像スライス厚	FC	表示FOV	TOS-SS	120/300	M	1.0sec	5mm×4	10mm	FC70	180mm										
		ファントム		kV/mA	FOV	スキャン時間	撮影スライス厚	画像スライス厚	FC	表示FOV																			
		TOS-SS		120/300	M	1.0sec	5mm×4	10mm	FC70	180mm																			
		1枚目																											
a: テフロン 910 ~ 970 【CT値: 937.6】	✓																												
b: ポリプロピレン -115 ~ -95 【CT値: -107.8】	✓																												
c: 空気 -1020 ~ -980 【CT値: -995.2】	✓																												
d: アクリル 110 ~ 130 135 【CT値: 131.1】	✓																												
e: デルリン 310 ~ 370 【CT値: 346.9】	✓																												
f: 水 -5 ~ 5 【CT値: 2.3】	✓																												
2枚目																													
a: テフロン 910 ~ 970 【CT値: 936.0】	✓																												
b: ポリプロピレン -115 ~ -95 【CT値: -105.2】	✓																												
c: 空気 -1020 ~ -980 【CT値: -995.1】	✓																												
d: アクリル 110 ~ 130 135 【CT値: 130.7】	✓																												
e: デルリン 310 ~ 370 【CT値: 346.4】	✓																												
f: 水 -5 ~ 5 【CT値: 1.8】	✓																												

結果(正常:レ 調整:A 交換:R 清掃:CL 注油:G 特記事項:N 適用外:／)

Cartesion Prime 定期点検報告書(月)

D.

(A-6, 4/4)

[illegible]