


電子線出力線量測定結果

電子線の出力線量測定は現在研究段階であり、4施設に対し標準測定法 01^{注)}に準拠した測定方法で実施し、その評価方法を検討しています。下図は各施設を赤、青、緑、紫の4色に分け表した測定結果です。評価は校正深線量と校正深の位置について実施し、TG142等を参考にした評価基準では4施設とも許容範囲内であることを確認しました。今後、さらに数施設の測定を行うことにより本プログラムを構築する予定です。



(注) 本測定は、2012年以前に実施したため、標準測定法 01 に準拠しています。