

## RTPS 品質管理プログラム結果

57施設から提供された221ビームのデータについて、放射線治療機器の機種及びビームのエネルギーごとに分類して平均値を算出し、項目ごとに平均値との差異を計算した結果、全12155項目中（221ビーム×55項目）12089項目が平均値と比較して±2%未満、42項目が±2~3%、24項目が±3%以上の差異を示した。また、ビーム単位の比較では、199ビーム（全体の90%）が55項目すべてにおいて±2%未満、16ビーム(7%)が最大で±2-3%、6ビーム(3%)が±3%以上の相違を示した。

