

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972			
お客様ID 10027070000-118	受付番号 5148504	作業 BB	区分 2C	保証区分 保守契約	PJ番号 SR05148504

装置名 TSX-302A/1A	設置室 4F 撮影室12	据付日 2011年7月28日
--------------------	-----------------	-------------------

ご依頼内容 (2CBB) 定期点検2020年04月 受付日 2020年4月8日	作業内容 (2CBB) 定期点検2020年04月 F272565 MRC-04793								
作業開始・終了時間									
開始	2020年4月8日17時00分								
終了	2020年4月9日10時00分								
<table border="1"> <tr> <th>時間内</th> <th>時間外</th> <th>往復</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>6.5</td> </tr> </table>	時間内	時間外	往復	合計	1.5	3	2	6.5	完了
時間内	時間外	往復	合計						
1.5	3	2	6.5						

ユニット TSX-302A/1A	製造番号 1AA1162034	作業担当者 松瀬 聡志 他0名
---------------------	--------------------	--------------------

使用部品		数量
1 以下余白	図番	
2	図番	
3	図番	
4	図番	
5	図番	

ご所属

ご署名

X

石井

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させていただきます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	01244363
------	----------

AquilionPRIME マルチスライシステム 定期点検報告書(9ヶ月)

実施日 2020 年 4 月 8 日

御得意承認印

御得意名	国立がん研究センター中央病院	システム	EXAM #	99903
契約期間	年 月 日 ~ 年 月 日	S/N	スライスカウンタ	2896.409
		ソフトウェアバージョン	架台回転カウンタ	35.877.059

点検済証	F272565
点検者	両向
MRC No	04993

点検済証	F272565
点検者	両向
MRC No	04993

御得意承認印	石川
--------	----

項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考	項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考
1. 点検作業開始前準備											
1	テストスキヤンの実施	C	C			1	サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
2	管路冷却確認	C	C			2	ガントリアンタカバー部清掃	CL	CL		
3	ガントリカバー取り外し					3	B サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
4	システムシャットダウン					4	B リアカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
3. ガントリ内部確認(DAS 温調器、ファン等)											
1	DAS 部主検出器温度設定の確認	C	C	37 °C	36°C~38°C	5	検出器窓の入射窓の清掃	CL	CL		
2	DAS 部冷却ファンの回転確認	I	I			6	HFG 通気口の清掃	CL	CL		
3	ガントリ天井ファン動作確認	I	I			9. オイルクーラ清掃					
4	熱交換器・HFG 内部ファン動作確認	I	I			1	X 線系冷却液漏れ確認	C	C		
5	熱交換器運転時間確認	I	I	4369 時間		2	X 線管レセプタクル部確認	C	C		
6	検出器・DAS 部コネクタの緩み確認	C	C			3	熱交換器フィルタの清掃	CL	CL		
4. ガントリ内部締結部締め付け確認および X 線系油漏れ確認											
3	ガントリ右側面 斜入ケーブルの緩み確認	I	I			4	ケーブル・コネクタ接続確認	C	C		
6	ガントリ左側面 斜入ケーブルの緩み確認	I	I			5	コンソール電源 ON				
6. コンソール部清掃、その他											
1	コンソールカバーの取り外し					6	オイルクーラポンプ動作確認	C	C		
2	PC 用電源ケーブルの取り外し					7	高圧ケーブル締め付け確認	C	C		
3	CPU BOX、REC BOX 吸排気口清掃	CL	CL			8	X 線管ベローズ確認	C	C		
7. ガントリ内部清掃(大電流スリッピング他)											
1	ガントリ電源ブレーカ OFF					10. コンソール内部ファン、ガントリ緊急停止ボタン動作確認					
2	ブラシカバーの取り外し					1	コンソール内ファン動作確認	C	C		
3	ケーブルの取り外し					2	架台緊急停止ボタン動作確認(フロント右カバー)	C	C		
4	ブラシ ASSY の取り外し					3	電源の復帰				
5	ダクト ASSY の取り外し、清掃	CL	CL			4	架台緊急停止ボタン動作確認(フロント左カバー)	C	C		
6	吸気口の清掃	CL	CL			7	電源 OFF				
7	摩擦粉清掃カバーの取り外し					9	PC 用電源ケーブルの接続				
8	メインフレーム内の清掃	CL	CL			12	コンソールカバーの取り付け				
9	スリッピングの清掃	CL	CL			13	システム電源 ON				
11	ダクト ASSY の取り付け					11. 安全回路動作およびローテーションスピードの確認					
12	ブラシ摩耗量の確認	C	C			2	インタホン機能の確認	C	C		
13	ブラシ ASSY の取り付け										
14	ケーブルの取り付け										
15	回転確認	C	C								

記録・結果 √I:目視点検, R:交換, A:調整, C:確認, CL:清掃, G:注油

D. 御得意用(記録) (2/2)

[illegible]