

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972	
お客様ID 10027070000-115	受付番号 5214214	作業 CS	区分 2H
保証区分 保守契約		PJ番号 MC3120992712	
装置名 TSX-302A/1A		設置室 4F 撮影室5	
据付日 2011年5月16日			
ご依頼内容 保守点検2020年08月/定期点検2020年08月 受付日 2020年4月1日		作業内容 点検作業実施しました 管球196,518スライス使用中 F292547 MRC01444	
作業開始・終了時間			
開始	2020年8月3日17時00分		
終了	2020年8月3日21時00分		
時間内	時間外	往復	合計
4	4	6	14
完了			
ユニット TSX-302A/1A		製造番号 1AA1122020	作業担当者 両角 耀彦 他1名
使用部品			
1	以下余白	図番	数量
2		図番	
3		図番	
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

石井

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

伝票番号 01293231

御得意承認印

10A

[illegible]

D. 御得意用(記録) (2/2)

[illegible]