

顧客情報

お客様: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
顧客住所: 東京都中央区築地 5 - 1 - 1
契約番号: MS0338-20200116-092

装置情報

システムID: MF0030 **製品名:** DISCOVERY 600 MOTION SYSTEM
Asset tag #: -- **Room Location:** --

ケース

ケース番号: 04963479 **ケースタイプ:** Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Suzuki Shunsuke
WO Number: WO-07429803
WO Type: Field Service
現象: PETCT装置 (C室)
 保守契約による定期点検 (Schedule A)
作業内容: 別紙「定期点検整備記録」に基づき実施致しました。
 高圧タンク (HV及びHEMIT) エア抜き実施致しました。
 PET Detector Cal実施致しました。
 X線管使用カウント: 42,243 Scan Seconds (2020年2月13日～)
動作確認: 全ての点検項目をパスしました。
 テスト撮影良好。
 作業完了です。
Tube/Slice Count: 42243

作業

Owner	SSO	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Tomonori Sato	212349075	Standby-Waiting	01 Dec 2020 09:00	01 Dec 2020 11:30	02:30
Shunsuke Suzuki	212688254	Planned Maintenance	30 Nov 2020 15:00	30 Nov 2020 22:00	07:00

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

お客様サイン:


作業者名:

Sato Tomonori

顧客名:**日時:**

01 Dec 2020 11:31

日時:

01 Dec 2020 11:30

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127