

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972			
お客様ID 10027070000-119	受付番号 5599745	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC3120993013
装置名 TSX-302A/1A		設置室 4F 撮影室14		据付日 2011年7月28日	
ご依頼内容 保守点検2021年10月/定期点検2021年10月 受付日 2021年4月1日			作業内容 定期点検作業実施しました。 詳しくは別紙点検報告書をご覧ください。		
作業開始・終了時間					
開始	2021年10月5日17時00分				
終了	2021年10月5日21時00分				
時間内	時間外	往復	合計		
1	7	2	10		
完了					
ユニット TSX-302A/1A		製造番号 1AA1172036		作業担当者 柏木 未来 他1名	
使用部品					数量
1	以下余白				
2	図番				
3	図番				
4	図番				
5	図番				

ご所属

ご署名

三井

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書「使用部品」欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願いたします。

伝票番号 01632242

AquilionPRIME マルチスライスシステム 定期点検報告書(3ヶ月) SP:559945

実施日 2021 年 10 月 5 日 御得意承認印

御得意用(記録)	(1/2)02707-119	システム	EXAM #	126888
御得意名	国立がん研究センター中央病院	S/N	スライスカウンタ	3834469
契約期間	年 月 日 ~ 年 月 日	ソフトウェアバージョン	架台回転カウンタ	48414187

点検済証	F412946
点検者	山本
MRC No	02238

御得意承認印

項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考	項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考
1. 点検作業開始前準備											
1	テストスキヤンの実施	C	C			1	8. ガントリ内部清掃(ファンフィルタ清掃、油漏れ確認等)	CL	CL		
2	管路冷却確認	C	C			2	サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
3	ガントリカバー取り外し					3	B サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
4	システムシャットダウン					4	B リアカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
3. ガントリ内部確認(DAS 温度調節、ファン等)											
1	DAS 部主検出器温度設定の確認	C	C	37.0 °C	36°C~38°C	5	検出器窓の入射窓の清掃	CL	CL		
2	DAS 部冷却ファンの回転確認	I	I			6	HFG 通気口の清掃	CL	CL		
3	ガントリ天井ファン動作確認	I	I			9. オイルクーラ清掃					
4	熱交換器・HFG 内部ファン動作確認	I	I	1062 時間		1	X 線系冷却液漏れ確認	C	C		
5	熱交換器運転時間確認	I	I			2	X 線管レセプタクル部確認	C	C		
6	検出器・DAS 部コネクタの緩み確認	C	C			3	熱交換器フィルタの清掃	CL	CL		
4. ガントリ内部締結部締め付け確認および X 線系油漏れ確認											
3	ガントリ右側面 斜入ケーブルざばき確認	I	I			4	ケーブル・コネクタ接続確認	C	C		
6	ガントリ左側面 斜入ケーブルざばき確認	I	I			5	コンソール電源 ON				
6. コンソール部清掃、その他											
1	コンソールカバーの取り外し					6	オイルクーラポンプ動作確認	C	C		
2	PC 用電源ケーブルの取り外し					7	高圧ケーブル締め付け確認	C	C		
3	CPU BOX、REG BOX 吸排気口清掃	CL	CL			8	X 線管ベローズ確認	C	C		
7. ガントリ内部清掃(大電流スリッピング他)											
1	ガントリ電源ブレーカ OFF					10. コンソール内部ファン、ガントリ緊急停止ボタン動作確認					
2	ブラジカバの取り外し					1	コンソール内ファン動作確認	C	C		
3	ケーブルの取り外し					2	緊急停止ボタン動作確認(フロント右パネル)	C	C		
4	ブラシ ASSY の取り外し					3	電源の復帰				
5	ダクト ASSY の取り外し、清掃	CL	CL			4	緊急停止ボタン動作確認(フロント左パネル)	C	C		
6	吸気口の清掃	CL	CL			7	電源 OFF				
7	摩擦粉清掃カバーの取り外し					9	PC 用電源ケーブルの接続				
8	メインフレーム内の清掃	CL	CL			12	コンソールカバーの取り付け				
9	スリッピングの清掃	CL	CL			13	システム電源 ON				
11	ダクト ASSY の取り付け					11. 安全回路動作およびローテーションスピードの確認					
12	ブラシ摩耗量の確認	C	C			2	インタホン機能の確認	C	C		
13	ブラシ ASSY の取り付け										
14	ケーブルの取り付け										
15	回転確認	C	C								

記録・結果 / I: 目視点検, R: 交換, A: 調整, C: 確認, CL: 清掃, G: 注油

