

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972			
お客様ID 10027070000-118	受付番号 5687604	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC3120992913
装置名 TSX-302A/1A		設置室 4F 撮影室12		据付日 2011年7月28日	
ご依頼内容 保守点検2022年01月/定期点検2022年01月		作業内容 保守点検マニュアルに基づき保守点検作業を実施いたしました。 MRC03870 F432456			
作業開始・終了時間					
開始	2022年1月12日17時00分				
終了	2022年1月12日21時00分				
時間内	時間外	往復	合計		
2	7	2	11		
完了					
ユニット TSX-302A/1A		製造番号 1AA1162034		作業担当者 柳瀬 他1名	
使用部品					数量
1	BATTERY \$	図番	AXB003*3V220		2
2	BBU \$	図番	BSX74-2133E*A		2
3	GREASE \$	図番	BSX77-5812*A		1
4		図番			
5		図番			

ご所属

ご署名

7/2月

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書「使用部品」欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号 01714690

AquilionPRIME マルチスライシステム 定期点検報告書(6ヶ月)

実施日 2022 年 1 月 12 日

御得意承認印

D. 御得意用(記録) (1/2) 2022-01-12

御得意名	システム	EXAM #	点検済証
契約期間	S/N	スライスカウンタ	点検者
年 月 日 ~ 年 月 日	ソフトウェアバージョン	架台回転カウンタ	MRC No

項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考	項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考
1. 点検作業開始前準備											
1	テストスキヤンの実施	C	C			5	ダクト ASSY の取り外し、清掃	CL	C		
2	管路冷却確認	C	C			6	吸気口の清掃	CL	C		
3	ガントリカバー取り外し					7	摩擦粉清掃カバーの取り外し				
4	システムシャットダウン					8	メインフレーム内の清掃	CL	C		
2. ハワースタビリティの確認											
1	漏電ブレーカの確認	C	C			9	スリッパリングの清掃	CL	C		
3. ガントリ内部確認(DAS 温度調節、ファン等)											
1	DAS 部主検出器温度設定の確認	C	C	37.0 °C	36℃～38℃	11	ダクト ASSY の取り付け				
2	DAS 部冷却ファンの回転確認	I	I			12	ブラシ摩耗量の確認	C	C		
3	ガントリ天井ファン動作確認	I	I			13	ブラシ ASSY の取り付け				
4	熱交換器・HFG 内部ファン動作確認	I	I			14	ケーブルの取り付け				
5	熱交換器運転時間確認	I	I	3520 時間		15	回転確認	C	C		
6	検出器・DAS 部コネクタの緩み確認	C	C			8. ガントリ内部清掃(ファンフィルタ清掃、油漏れ確認等)					
4. ガントリ内部締結部締め付け確認および X 線系油漏れ確認											
1	アンカボルトの締結確認	C	C			1	サイドカバーフィルタ部清掃	CL	C		
2	ガントリ右側面 重要締結部確認	I	I			2	ガントリアンダカバー部清掃	CL	C		
3	ガントリ右側面 斜入ケーブルさばき確認	I	I			3	B サイドカバーフィルタ部清掃	CL	C		
4	ガントリ正面 重要締結部確認	I	I			4	B リアカバーフィルタ部清掃	CL	C		
5	ガントリ左側面 重要締結部確認	I	I			5	検出器窓の入射窓の清掃	CL	C		
6	ガントリ左側面 斜入ケーブルさばき確認	I	I			6	HFG 通気口の清掃	CL	C		
7	回転部ユニット固定確認	C	C			9. オイルクーラ清掃					
5. 緊急停止ボタン機能確認(コンソール、ハイブリッドキーボード)											
1	コンソール緊急停止ボタン動作確認	C	C			1	X 線系冷却液漏れ確認	C	C		
2	オフデレイタイムの設定および動作確認	C	C			2	X 線管レセプタクル部確認	C	C		
6. コンソール部清掃、その他											
1	コンソールカバーの取り外し					3	熱交換器フィルタの清掃	CL	C		
2	PC 用電源ケーブルの取り外し					4	ケーブル・コネクタ接続確認	C	C		
3	CPU BOX、REC BOX 吸排気口清掃	CL	C			5	コンソール電源 ON				
7. ガントリ内部清掃(大電流スリッピング他)											
1	ガントリ電源ブレーカ OFF					6	オイルクーラポンプ動作確認	C	C		
2	ブラシカバーの取り外し					7	高圧ケーブル締め付け確認	C	C		
3	ケーブルの取り外し					8	X線ベローズ確認	C	C		
4	ブラシ ASSY の取り外し										

記録・結果 / 1: 目視点検, R: 交換, A: 調整, C: 確認, CL: 清掃, G: 注油

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

