

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|----------|
| お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | | 東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972 | |
| お客様ID 10027070000-118 | 受付番号 5854437 | 作業 CS | 区分 2H |
| 保証区分 保守契約 | | PJ番号 MC3120992914 | |
| 装置名 TSX-302A/1A | 設置室 4F 撮影室12 | 据付日 2011年7月28日 | |
| ご依頼内容 保守点検2022年04月/定期点検2022年04月 | | 作業内容 定期点検作業実施しました。 詳しくは別紙点検報告書をご覧ください。 | |
| 受付日 2022年4月1日 | | | |
| 作業開始・終了時間 | | | |
| 開始 | 2022年4月6日17時00分 | | |
| 終了 | 2022年4月6日21時00分 | | |
| 時間内 | 時間外 | 往復 | 合計 |
| 1 | 8.5 | 3 | 12.5 |
| 完了 | | | |
| ユニット TSX-302A/1A | 製造番号 1AA1162034 | 作業担当者 柏木 未来 他1名 | |
| 使用部品 | | | |
| 1 以下余白 | 図番 | 数量 | |
| 2 | 図番 | | |
| 3 | 図番 | | |
| 4 | 図番 | | |
| 5 | 図番 | | |

ご所属 01868070 2022

ご署名

三 木

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させていただきます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願いたします。

います。

依頼番号 01868070

AquilionPRIME マルチスライスシステム 定期点検報告書(9ヶ月)

SR:5854439

実施日 2022 年 4 月 6 日

御得意承認印

C. 御得意用(報告) (1/2) 002907-118

| | | | | |
|------|----------------|-------------|----------|----------|
| 御得意名 | 国立がん研究センター中央病院 | システム | EXAM # | 124882 |
| 契約期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 | S/N | スライスカウンタ | 3702971 |
| | | ソフトウェアバージョン | 架台回転カウンタ | 47116018 |

| | |
|--------|---------|
| 点検済証 | F466775 |
| 点検者 | 岡本 |
| MRC No | 04465 |

三村

| 項目番号 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 記録 | 備考 | 項目番号 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 記録 | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|------|------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------|------|----|----|
| 1. 点検作業開始前準備 | | | | | | | | | | | |
| 1 | テストスキヤンの実施 | C | C | | | 1 | サイドカバーフィルタ部清掃 | CL | CL | | |
| 2 | 管路冷却確認 | C | C | | | 2 | ガントリアンタカバー部清掃 | CL | CL | | |
| 3 | ガントリカバー取り外し | | | | | 3 | B サイドカバーフィルタ部清掃 | CL | CL | | |
| 4 | システムシャットダウン | | | | | 4 | B リアカバーフィルタ部清掃 | CL | CL | | |
| 3. ガントリ内部確認(DAS 温度調整、ファン等) | | | | | | | | | | | |
| 1 | DAS 部主検出器温度設定の確認 | C | C | 37.0 °C | 36°C~38°C | 5 | 検出器窓の入射窓の清掃 | CL | CL | | |
| 2 | DAS 部冷却ファンの回転確認 | I | I | | | 6 | HFG 通気口の清掃 | CL | CL | | |
| 3 | ガントリ天井ファン動作確認 | I | I | | | 9. オイルクーラ清掃 | | | | | |
| 4 | 熱交換器・HFG 内部ファン動作確認 | I | I | | | 1 | X 線系冷却液漏れ確認 | C | C | | |
| 5 | 熱交換器運転時間確認 | I | I | 297 時間 | | 2 | X 線管レセプタクル部確認 | C | C | | |
| 6 | 検出器・DAS 部コネクタの経み確認 | C | C | | | 3 | 熱交換器フィルタの清掃 | CL | CL | | |
| 4. ガントリ内部結露部締め付け確認および X 線系油漏れ確認 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ガントリ右側面 斜入ケーブルさばき確認 | I | I | | | 4 | ケーブル・コネクタ接続確認 | C | C | | |
| 6 | ガントリ左側面 斜入ケーブルさばき確認 | I | I | | | 5 | コンソール電源 ON | | | | |
| 6. コンソール部清掃、その他 | | | | | | | | | | | |
| 1 | コンソールカバーの取り外し | | | | | 6 | オイルクーラポンプ動作確認 | C | C | | |
| 2 | PC 用電源ケーブルの取り外し | | | | | 7 | 高圧ケーブル締め付け確認 | C | C | | |
| 3 | CPU BOX、REC BOX 吸排気口清掃 | CL | CL | | | 8 | X 線管ベローズ確認 | C | C | | |
| 7. ガントリ内部清掃(大電流スリッピング他) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ガントリ電源ブレーカ OFF | | | | | 10. コンソール内部ファン、ガントリ緊急停止ボタン動作確認 | | | | | |
| 2 | ブラシカバーの取り外し | | | | | 1 | コンソール内ファン動作確認 | C | C | | |
| 3 | ケーブルの取り外し | | | | | 2 | 架台緊急停止ボタン動作確認(フロント右カバー) | C | C | | |
| 4 | ブラシ ASSY の取り外し | | | | | 3 | 電源の復帰 | | | | |
| 5 | ダクト ASSY の取り外し、清掃 | CL | CL | | | 4 | 架台緊急停止ボタン動作確認(フロント左カバー) | C | C | | |
| 6 | 吸気口の清掃 | CL | CL | | | 7 | 電源 OFF | | | | |
| 7 | 摩耗粉清掃カバーの取り外し | | | | | 9 | PC 用電源ケーブルの接続 | | | | |
| 8 | メインフレーム内の清掃 | CL | CL | | | 12 | コンソールカバーの取り付け | | | | |
| 9 | スリッピングの清掃 | CL | CL | | | 13 | システム電源 ON | | | | |
| 11 | ダクト ASSY の取り付け | | | | | 11. 安全回路動作およびローテーションスピンドルの確認 | | | | | |
| 12 | ブラシ摩耗量の確認 | C | C | | | 2 | インタホン機能の確認 | C | C | | |
| 13 | ブラシ ASSY の取り付け | | | | | | | | | | |
| 14 | ケーブルの取り付け | | | | | | | | | | |
| 15 | 回転確認 | C | C | | | | | | | | |

記録・結果 / I: 目視点検, R: 交換, A: 調整, C: 確認, CL: 清掃, G: 注油

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

C. 御得意用(報告) (2/2)

[illegible]